

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стоматологического оборудования – радиовизиограф для нужд частного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» г.Иланский».

Наименование товара	Технические, функциональные характеристики, ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Кол-во
Радиовизиограф	<p>Технические параметры</p> <p>Активное инвазивное устройство для кратковременного применения и используемое для диагностических целей – наличие</p> <p>Датчик высокого разрешения, CMOS – не менее 25 пар линий/мм</p> <p>Внешние размеры датчика – не более 39x25 мм</p> <p>Рабочая площадь датчика – не более 30x20 мм</p> <p>Длина кабеля датчика – не менее 200 мм.</p> <p>Разрешение - 1500x1000 – 43,7x31x5 мм</p> <p>Питание – USB Минимум USB 2,0: постоянный ток 4,5+5,5 В (480мА максимум)</p> <p>Подключение к компьютеру через USB – Наличие port ver. 2.0- наличие</p> <p>Синхронизация с рентгенаппаратом высокочастотным и низкочастотным – наличие</p> <p>В комплекте позиционеры ; одноразовые – наличие чехлы для датчика, не менее 100 шт.</p>	Шт.	1

Программное обеспечение на русском языке, совместное с Windows 7 (Vista) (Лицензия), с возможностью обработки изображений, импорта и экспорта их.

Возможность использования ПО по компьютерной сети, возможность обработки изображения полученных со сторонних аппаратов (томографов, ортопатомографов и тп). Возможность подключения USB интрооральных камер.

Получение изображений в форматах Dicom, Bmp, Jpeg, СМР.

Комплект гигиенических чехлов, 100 шт.- наличие

Общие требования

Регистрационное удостоверение – наличие

Сертификат соответствия или декларация о соответствии – наличие

Инструкция по эксплуатации на русском языке (паспорт- завода-изготовителя) – Наличие

Обучение персонала на рабочем месте – наличие

Гарантийный срок эксплуатации (гарантийный талон с указанием года выпуска и заводского номера аппарата) не менее 36 месяцев

Условия хранения - при температуре от 15 грС до 35грС при относительной влажности не выше 75%

Медицинское устройство – Класс 1

Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не используемое, год выпуска не ранее 2020

Доставка до склада заказчика – наличие

Проведение монтажных и пусконаладочных работ в рентген кабинете сертифицированным специалистом

Инструктаж и обучение персонала заказчика на рабочем месте, выдача акта ввода в эксплуатацию – наличие

Гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования (наличие сертифицированной производителем сервисной службы на территории Красноярского края)
Срок поставки не более – 30 дней